



# SCOPEN REINIGINGS- EN DESINFECTIE TOESTEL


BEOORDELINGSRAPPORT  
GEVAARLIJKE TOESTELLEN  
behorend bij WB 3.8

*Medisch*

DATUM: MEI 2006

Auteursrechten voorbehouden

## 1. Principeschets:



## 2. Aard van de mogelijke verontreiniging:

- Alcohol
- Bacteriën
- Desinfectie- en wasmiddel
- Organische verontreinigingen

## 3. Wijze waarop de verontreiniging kan plaatsvinden:

Terugpersing

## 4. Installatiematrix:

<i>Druk</i>	<i>Vloeistofklasse</i>				
	1	2	3	4	5
P = atm					
p > atm					●

## 5. Beveiliging volgens NEN - EN 1717:

Familie/ type: AA, AB, AD.

## 6. Beveiliging WBT:

Familie/ type: AA, AB, AD.

## 7. Toelichting op keuze WBT :

n.v.t.